



*República Dominicana*

## FICHA TECNICA PARA COMPRA MATERIALES

- **Jeringuilla Plástica de 1 ml**  
Aguja Hipodérmica integrada (29G x ½) Graduación en decimas de cc, protegida con cubierta plástica.  
Protector plástico con 4 o más años de garantía.  
Embolo plástico terminado con goma.
- **Jeringuillas 5ml**  
Cabeza enrroscable  
Aguja calibre 22 x 1½”
- **Tubos de ensayo de plástico de 7ml, estériles**
- **Agujas hipodérmicas**  
Cabeza plástica enrroscable  
Calibre 18 x 1½ pulgadas

**Requerimos estas especificaciones en el caso de las jeringas de 1ml por:**

- a) Trabajamos con cantidades muy reducidas de soluto (0.1ml)
- b) Trabajamos con animales que se mueven constantemente, por tal razón requerimos agujas fijas siendo parte del cuerpo de la jeringuilla.
- c) Al usar pequeñas cantidades de soluto, no debe quedar nada en la jeringuilla después de la aplicación.

**Dr. Angel Ventura**  
**Depto. Camp. Sanitaria DIGEGA**

*D/o Angel Ventura*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

*República Dominicana*


**FOTOS**



- **Jeringuillas 5ml 22x1 1/2**



**Jeringuilla Plástica de 1 ml**



**Agujas hipodérmicas 18x1 1/2**

**Tubos ensayo 7ml**

